



中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号: ACAS-PT843-084-0419

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: ACAS-PT843 大米中镉的测定能力验证

实验室名称: 烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码: ACAS-PT843-084

检测结果及评价

检测项目	样品		贵实验室结果 (mg/kg)	贵实验室检测方法	指定值 (mg/kg)	z 值
	编号	组别				
镉	19-U192	III	0.67	GB 5009.15-2014	0.674	-0.1
	19-W268	II	0.18		0.190	-0.7

注: $|z| \leq 2.0$ 为满意结果, $2.0 < |z| < 3.0$ 为可疑结果, $|z| \geq 3.0$ 为不满意(离群)结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 www.acas.com.cn 查看。

.....

拟稿人: 卜丹丹

审核人: 王秀丽

签发人:

李中安

签发日期: 2019 年 04 月 19 日