

中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号: ACAS-PT484-018-0612

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: ACAS-PT484 鸭肉中氯霉素的检测能力验证

实验室名称: 烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码: ACAS-PT484-018

检测结果及评价

检测项目	样品编号	贵实验室结果 ($\mu\text{g/kg}$)	贵实验室检测方法	z 值
氯霉素	17-P427	2.29	GB/T 20756-2006	-0.2
	17-S326	3.47		-0.1

注: $|z| \leq 2.0$ 为满意结果; $2.0 < |z| < 3.0$ 为可疑结果; $|z| \geq 3.0$ 为不满意(离群)结果。

统计量

检测项目	样品组别	指定值 ($\mu\text{g/kg}$)	能力评定标准差 ($\mu\text{g/kg}$)	变异系数 CV(%)
氯霉素	17-Pxxx	2.399	0.512	21.4
	17-Sxxx	3.537	0.862	24.4

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 www.acas.com.cn 查看, 或拨打 400-800-1061 咨询。

拟稿人: 潘裕红

审核人:

王秀茹

签发人:

李中

签发日期: 2017 年 06 月 12 日